



# **PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA**

## **SEÇÃO DE LICITAÇÕES**

Prefeitura Mun. de Cunha

Fls: \_\_\_\_\_

Rúbrica: \_\_\_\_\_

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 055/2021**  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 093/2021**

**OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO EVENTUAL E FUTURA DE TESTE RÁPIDOS PARA DETECÇÃO DE COVID-19 IgG/IgM E ANTÍGENO AG, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA**

### **TERMO DE ESCLARECIMENTO Nº 01**

CONSIDERANDO questionamento formulado, ESCLARECEMOS o que segue:

#### **1. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:**

Da licitante vencedora será exigida a competente Licença Sanitária e Autorização de Funcionamento (AFE) na Anvisa.

#### **2. DO VOLUME DO REAGENTE:**

A fim de permitir a ampliação da disputa, serão aceitas ofertas de produtos com volumes diferentes do especificado, ou seja, amostra com volume de que não seja de 10mL/frasco.

#### **3. DA CONFIRMAÇÃO DE NÃO INTERFERÊNCIA DE VARIANTES**

Da **vencedora** do certame poderá ser solicitada a confirmação de não interferência das atuais variantes do SARS-CoV-2 no resultado do teste. Se o teste ofertado for de fabricantes de fora do Brasil, exigir-se-á que as Declarações de Não Interferência venham acompanhadas da respectiva tradução juramentada, tudo obedecendo a recomendação da ANVISA, exarada na NOTA TÉCNICA Nº 1/2021/SEI/GEVIT/GGTPS/DIRE3/ANVISA (Processo nº 25351.900003/2021-29), disponível em <[https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/paf/coronavirus/arquivos/arquivos-regulamentos/sei\\_anvisa-1285500-nota-tecnica.pdf](https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/paf/coronavirus/arquivos/arquivos-regulamentos/sei_anvisa-1285500-nota-tecnica.pdf)>.

CONSIDERANTO que este esclarecimento alterará inevitavelmente na formulação das propostas e, à luz do que prevê o art. 21, §4º da Lei 8.666/93, fica a abertura da sessão adiada para **08 de setembro de 2021**, às **09h00min**, na plataforma [www.bbmnetlicitacoes.com.br](http://www.bbmnetlicitacoes.com.br), permanecendo todas as demais condições editalícias em vigor.

Cunha, 24 de Agosto de 2021.

Pedro Barboza

Pregoeiro

Prefeitura Municipal da Estância Climática de Cunha

Praça Coronel João Olímpio, 91, Centro, Cunha/SP, CEP: 12.530-000

licitacao@cunha.sp.gov.br / (12) 3111-5000